



Laboratoire de Biologie Médicale

C1 - ENR 06 Version 4

Critères d'acceptation des contenants

Type de non-conformité	Rejet de la demande	Régularisation possible ?	Action si acceptation ou pour régularisation de la demande	NC SIL
Absence identité du patient	X	NON	(sauf pour liquide dit précieux type LCR, voir Biologiste) Demande d'un nouveau prélèvement	X
Discordance identité entre demande et prélèvement	X	NON *		X
<ul style="list-style-type: none"> • Absence de prélèvement • Quantité insuffisante • Prélèvement inadéquat • Tube mal rempli pour l'hémostase • Tube coagulé • Présence de caillot 	X	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	X
<ul style="list-style-type: none"> • Sérum/plasma hémolysé • Sérum/plasma lactescent • Sérum/plasma ictérique 	X (en fonction des analyses)	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	
Délai d'acheminement du prélèvement au LBM dépassé	X	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	X
Non respect du tri emballage	X	Oui	à condition que le soignant nous ramène le prélèvement en respectant le tri emballage	
Prélèvement souillé	X	NON	Demande d'un nouveau prélèvement	X
Contenants périmés **	X	NON	Demander un nouveau prélèvement Dérogação possible si prélèvement dit précieux (voir biologiste)	X

* A l'exception des prélèvements des bébés en cours de reconnaissance paternelle, dérogação possible (régularisation de l'étiquetage des tubes par le service de la maternité)

** les dates de péremption sont vérifiées par les techniciens que sur les bilans amenés par les IDEs externes (cf C3-INS06)